

# COMPRASNET Pregão Eletrônico



**Resposta** 05/06/2018 16:46:05

Resposta: ' Em atenção ao seu pedido de esclarecimentos, informo que o mesmo foi objeto de impugnação, o qual não foi reconhecido por esta Pregoeiro, conforme a seguinte justificativa: "a apresentação eletrodos únicos, com chave pediátrica e adulta, permite a economia no investimento de pás, visando que o desfibrilador em questão esteja sempre apto para atendimento e o que é mais importante, de interesse deste CRM-PR é que irá simplificar o processo de utilização, tendo em vista que será manejado em situações adversas, inclusive por pessoa que não possua treinamento de socorrista. A descrição utilizada para o referido item visa principalmente facilitar a configuração e o uso, para que o atendimento seja o mais ágil e confiável de acordo com as limitações daquele que o manuseia, exatamente conforme a necessidade do CRM-PR, o equipamento de maior facilidade de manejo." "

**Fechar**